Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Nr sprawy: ZOU-XII.271.95.2019.MC
UID: 1948689

Poznań, 17 czerwca 2019 r.

Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło od Wykonawcy wraz z odpowiedzią, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie na **Dostawę i montaż dygestorium w Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza dygestorium o następujących parametrach technicznych?
Dygestorium kwasoodporne z PCV
- wymiarach 1200mm- szerokość , 2250mm – wysokość, 750mm – głębokość.
- blat roboczy z ceramiki laboratoryjnej Buchtal z podniesionym obrzeżem i zlewikiem z PCV
- wnętrze komory wyłożone płytkami kwasoodpornymi Buchtal,
- wentylacja komory roboczej górą oraz dołem,
- szafka pod dygestorium w całości z PCV wentylowana razem z komorą roboczą,
- instalacja wodna z dwiema wylewkami z PCV (jedna na wąż giętki),
- instalacja gazowa,
- instalacja elektryczna 2 gniazda 230V
- oświetlenie komory roboczej świetlówki LED
- czujnik przepływu powietrza,
- szyby hartowane ze szkła bezpiecznego,
- przednia szyba przesuwana na zasadzie przeciwwagi na linkach powlekanych z chemoodpornego tworzywa,
- dodatkowo wentylator kanałowy z PP fi 200 wydajność 700m3/h wraz z rurą elastyczną z PCV L-2mb.

W załączniku poglądowe zdjęcia.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy – Przedmiot umowy, określił oczekiwane parametry przedmiotu zamówienia, w tym zakres tolerancji wymiarów i spełnienia tylko tych parametrów Zamawiający wymaga, pozostałe leżą w gestii Wykonawców.
Zamawiający dołącza załączone przez Wykonawcę zdjęcia (szt. 3) do zadanego pytania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Katarzyna Woźniak

SPECJALISTA
Magdalena Chudyka