

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Nr sprawy: ZOU-XII.271.45.2020.MM
UID: 2945629
Nr: 19062001335

POZnań*

Poznań, 2020-06-19

Uczestnicy postępowania

1. Działając na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: **Dostawa stanowisk z montażem do pracowni szkolnej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.**

Pytanie 1:

„W związku z dłuższym terminem produkcji niż podany w SIWZ zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający może wydłużyć termin dostawy z 60 dni do 120 dni ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni. Działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo Zamówień Publicznych, **Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ, które otrzymują brzmienie:**

IV Terminy

1. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Dostawa, montaż, konfiguracja i instalacja TOWARU przez Wykonawcę w terminie **do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
- 2) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania Protokołu dostawy, stanowiącego Załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Pytanie 2:

„Czy w pozycji 5. „Stanowisko do badania prądnicy synchronicznej w pracy autonomicznej. stosowanej w układach zasilania spalinowych pojazdów trakcyjnych z przekładnią elektryczną. Stanowisko do badania prądnicy synchronicznej w sieci sztywnej. Stanowisko do badania silnika synchronicznego stosowanego w napędach urządzeń obsługi pojazdów szynowych. „ oraz pozycji 7 „Stanowisko do badania transformatora 3-fazowego stosowanych

w układach zasilania w transporcie szynowym” Zamawiający dopuszcza obciążenia o poniższych parametrach ?

Obciążenie – Indukcyjne 3f, min 4 kvar, 6A, bez podania wartości indukcyjności – 2 szt.

Obciążenie – Pojemnościowe 3f, 4 kvar, napięcie do 400V , bez podania wartości pojemności – 2 szt.

b) Jak ma być realizowana regulacja obciążenia ?

c) W jakiej obudowie należy dostarczyć obciążenia ?

d) Czy obciążenie musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie czy może być prototypem ?

e) W jakich trybach pracy mają pracować obciążenia , gwiazda, trójkąt oraz jednofazowy ? Czy wszystkie tryby ?”

Odpowiedź:

Dot. „Obciążenie - Indukcyjne 3f, min 4 kvar, 6A, bez podania wartości indukcyjności - 2 szt.”
Zamawiający wymaga dostawy wskazanych elementów o określonej wartości mocy, prądu i indukcyjności podanej w specyfikacji.

Dot.” Obciążenie - Pojemnościowe 3f, 4 kvar, napięcie do 400V, bez podania wartości pojemności - 2 szt.”

Zamawiający wymaga dostawy wskazanych elementów o określonej wartości mocy, napięcia i pojemności podanej w specyfikacji. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż regulacja obciążenia ma być swobodnie konfigurowalna poprzez skokowe dołączania poszczególnych elementów obciążenia. Dostarczone elementy mają być przystosowane do zamontowania na ramie, o której mowa w specyfikacji. Obciążenia muszą być elementami handlowymi, produktami istniejącymi na rynku. Nie dopuszcza się elementów prototypowych. Obciążenia mają być przystosowane do pracy w układzie 3-fazowym z możliwością przełączania gwiazda/trójkąt.

Pytanie 3:

„dot. pozycja 10

Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop czterokanałowy z izolowanymi kanałami o czułości 2,5mV/dz do 200V/dz zamiast 2mV/dz do 5V/dz. ?

Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop czterokanałowy o parametrach nie wskazujących na jednego producenta tj. Rohde & Schwarz”

Parametr z OPZ	Parametr proponowany nie wskazujący na Rohde & Schwarz
10 MSCAMPLE standard i 20 MAMPLE przeplatane	Pamięć min 40M punktów
Pamięć dzielona: 160 MAMPLE z historią	Pamięć min 40M punktów
Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i wysokiej rozdzielczości	Wyświetlacz dotykowy min 8 cali
Funkcja adnotacji na ekranie przy użyciu palca z przechwytywaniem zrzutów ekranowych	Bez tej funkcji

Odpowiedź:

Działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo Zamówień Publicznych, **Zamawiający zmienia zapisy SIWZ** dot. oscyloskopu czterokanałowego w pozycji 10. Zmiany te wykazane są na czerwono w dokumencie „NOWY !!! Zał. nr 1 do umowy - Przedmiot umowy”. Ponadto, Zamawiający dopuszcza dostarczenie oscyloskopu innego producenta, równoważnego do wskazanego, o parametrach nie gorszych niż podanych w specyfikacji.

W związku z powyższym, Zamawiający dodaje do dokumentacji **w nowym brzmieniu załącznik nr 1 do umowy - Przedmiot Umowy**, plik pod nazwą:

45_NOWY !!! Zał. nr 1 do umowy - Przedmiot umowy

2. Działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo Zamówień Publicznych, **Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ, które otrzymują brzmienie:**

III Przedmiot zamówienia

5. Miejsce wykonania zamówienia:

Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań.

IV Terminy

2. Termin i miejsce składania ofert

1) Oferty należy składać **do dnia 13.07.2020 r. do godz. 9:00.**

3. Termin i miejsce otwarcia ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 13.07.2020 r. o godz. 11:00.**

V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie Wykonawcy i ww. podmiotów nie sumuje się) **w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonał należycie co najmniej dwie dostawy aparatury kontrolno-pomiarowej lub wyposażenia pracowni szkolnych technicznych dedykowanych do nauki zawodu** o wartości co najmniej **100 000,00 zł brutto każda.**



3. Ponadto, działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy Prawo Zamówień Publicznych, **Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ** i dodaje do dokumentacji w nowym brzmieniu załącznik nr 1a do SIWZ - *Formularz cenowy*, **plik pod nazwą:**

45_NOWY !!! Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Katarzyna Wozniak

STARSZY SPECJALISTA

Maciej Maciejczak